



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ
СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И ВАКУУМА"

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311409



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 663/1-2020

Действительно до 01.09.2021

Средство измерений Дифрактометр рентгеновский SmartLab

наименование, тип, модификация средства измерений,

регистрационный номер 75287-19

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер BD64000539-01

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в соответствии с описанием типа СИ в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 75287-19

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ГСО 10475-2014

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях

влияющих факторов:

- температура окружающей среды, °C **22**
- относительная влажность воздуха, % **54**
- атмосферное давление, кПа **100,6**

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано годным к

ненужное зачеркнуть

применению.

Знак поверки:



Главный метролог

должность руководителя
подразделения или другого
уполномоченного лица

Подпись

Бондарчук Сергей Васильевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Подпись

Митюхляев Виталий Борисович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«02» сентября 2020 г.