

Акционерное общество "Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума" (АО "НИЦПВ"), RA.RU.311409

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного в установленном порядке на проведение поверки средств измерений, регистрационный номер аттестата аккредитации



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1113-2019**

Действительно до 19.11.2021

Средство измерений Микроскоп сканирующий зондовый СмартСПМ-1000,

наименование, тип, модификация средства измерений,

**регистрационный номер 39221-08**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер M001023514

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в соответствии с описанием типа СИ в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 39221-08

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.1.ВХЯ.0002.2015

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях

влияющих факторов:

- температура окружающей среды, °С	22
- относительная влажность воздуха, %	47
- атмосферное давление, кПа	102,2

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано годным к

ненужное зачеркнуть

применению.

Знак поверки:



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Подпись

Бондарчук Сергей Васильевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Подпись

Митюхляев Виталий Борисович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«20» ноября 2019 г.,