

Акционерное общество "Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума" (АО "НИЦПВ"), RA.RU.311409

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного в установленном порядке на проведение поверки средств измерений, регистрационный номер аттестата аккредитации



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 1115-2019**

Действительно до 19.11.2020

Средство измерений Система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа

наименование, тип, модификация средства измерений,

**Quantax EDS, регистрационный номер 64277-16**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 50 0162 5343

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в соответствии с описанием типа СИ в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 79-223-2015

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ГСО 4510-92П, ГСО 6320-92, ГСО 6323-92

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях

влияющих факторов:

– температура окружающей среды, °C 22  
– относительная влажность воздуха, % 47  
– атмосферное давление, кПа 102,2

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано годным к

ненужное зачеркнуть

применению.

Знак поверки:



Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Подпись

Бондарчук Сергей Васильевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Подпись

Митюхляев Виталий Борисович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«20» ноября 2019 г.