



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И
ВАКУУМА" (АО "НИЦПВ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.320052

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-VXЯ/28-04-2022/154346077

Действительно до 27.04.2024

Средство измерений Дифрактометр рентгеновский; SmartLab; Дифрактометр рентгеновский SmartLab; Per.
№ 75287-19 наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер BD64000539-01
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе в полном объеме
поверено наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с МП 013.M1-15
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением ГСО 10475-2014 СО ДИФРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ (СОКСИД АЛЮМИНИЯ)
эталонов: регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

(SRM 1976b) 2015
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам


при следующих температура: 21 °С; атм. давление: 100,6 кПа; отн. влажность: 33 %
значениях влияющих перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений
факторов:

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-154346077
записи сведений о результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

Номер записи сведений 154346077
о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

Поверитель Митюхляев В.Б.
фамилия, инициалы



Генеральный директор
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Михайлюк Д.М.
фамилия, инициалы

Дата поверки 28.04.2022